

**Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"**

Поставка кресел-колясок с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП комнатных, кресел-колясок с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП прогулочных в пользу граждан в целях их социального обеспечения

№ п/п	Наименование товара	Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики			Кол во шт
1.	7-01-02 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП <u>комнатная</u> (для инвалидов и детей инвалидов)  ОКПД2 30.92.20.000  КТРУ 30.92.20.000-00000031 Кресло-коляска механическая	<b>ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>			1
		Максимальная ширина сиденья (сантиметр)	≥18 и ≤25	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	
		Максимальный вес пациента, (килограмм)	≥25 и ≤77	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	
		Назначение	Комнатная	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	
		Наличие подголовника	Да	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	
		Фиксация туловища	Да	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	
		Регулировка угла наклона подножки	Да	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	
		Откидная спинка	Да	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	
		Конструкция	Складная	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	
		Тип управления	Сопровождающий	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	
		Рычажной привод	Нет	Значение характеристики не может изменяться участником	

			закупки	
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>				
	<p>Ширина сиденья кресла-коляски: 20см;  Глубина сиденья кресла-коляски: 20см;  Высота подлокотника кресла-коляски: 15 см;  Высота подножки кресла-коляски: 20 см;  Вид сиденья кресла-коляски:  с регулируемым углом наклона, жесткое;  Подножки регулирующаяся по высоте, с регулируемой опорой стопы.  Дополнительные опции кресла-коляски: боковые опоры для головы, боковые опоры для тела, поясничный валик, держатели для ног, ремень для пятки, нагрудный ремень, поясной ремень.  Оснащение сиденья кресла-коляски: или валик для сохранения зазора между ногами, или ремень для сохранения зазора между ногами.</p>	В наличии	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	
2	<p>7-01-02  Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП комнатная (для инвалидов и детей инвалидов)</p> <p>ОКПД2  30.92.20.000</p> <p>КТРУ  30.92.20.000-00000044  Кресло-коляска механическая</p>	<b>ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>		
	Максимальная ширина сиденья (сантиметр)	≥33 и ≤38	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	1
	Максимальный вес пациента (килограмм)	≥30 и ≤77	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	
	Назначение	Комнатная	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	
	Наличие подголовника	Да	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	
	Фиксация туловища	Да	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	
	Регулировка угла наклона подножки	Да	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	
	Откидная спинка	Да	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	
	Конструкция	Складная	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	
	Тип управления	Сопровождающий	Значение характеристики не может изменяться участником	

		закупки
Рычажной привод	Нет	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Ширина сиденья кресла-коляски: 38см; Высота сиденья кресла-коляски: 48 см Глубина сиденья кресла-коляски: 38см; Высота подлокотника кресла-коляски: 16 см; Высота подножки кресла-коляски: 43 см; Вид спинки: с регулируемым углом наклона; Вид сиденья кресла-коляски: с регулируемым углом наклона; Вид подлокотников: регулируемые по высоте; Подножка: регулирующаяся по высоте; Дополнительные опции кресла-коляски: боковые опоры для тела.	В наличии	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
---	-----------	--

**ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

3. 7-01-02 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП комнатная (для инвалидов и детей инвалидов)  ОКПД2 30.92.20.000  КТРУ 30.92.20.000-00000044 Кресло-коляска механическая	<b>ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>			1
	Максимальная ширина сиденья (сантиметр)	$\geq 33$ и $\leq 38$	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	
	Максимальный вес пациента (килограмм)	$\geq 30$ и $\leq 77$	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	
	Назначение	Комнатная	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	
	Наличие подголовника	Да	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	
	Откидная спинка	Да	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	
	Регулировка угла наклона подножки	Да	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	
	Рычажный привод	Нет	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	
	Тип управления	Сопровождающим	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	

Фиксация туловища	Да	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Конструкция	Складная	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

<p>Ширина сиденья кресла-коляски: 38см;          Глубина сиденья кресла-коляски: 40см;          Высота подлокотника кресла-коляски: 15 см;          Высота подножки кресла-коляски: 35 см;          Вид спинки: с регулируемым углом наклона;          Вид сиденья кресла-коляски: с регулируемым углом наклона;          Вид подлокотников: регулируемые по высоте;          Подножка: регулирующаяся по высоте.          Дополнительные опции кресла-коляски: боковые опоры для головы, боковые опоры для тела, держатели для ног, нагрудный ремень, поясной ремень.          Оснащение сиденья кресла-коляски: или валик для сохранения зазора между ногами, или ремень для сохранения зазора между ногами</p>	В наличии	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
---	-----------	--

**ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

<p>4. 7-02-02          Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП прогулочная (для инвалидов и детей инвалидов)</p> <p>ОКПД2 30.92.20.000</p> <p>КТРУ 30.92.20.000-00000031          Кресло-коляска механическая</p>			1
	Максимальная ширина сиденья (сантиметр)	$\geq 18$ и $\leq 25$	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Максимальный вес пациента (килограмм)	$\geq 25$ и $\leq 77$	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Назначение	Прогулочная	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Наличие подголовника	Да	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Откидная спинка	Да	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Регулировка угла наклона подножки	Да	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Рычажный привод	Нет	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Тип управления	Сопровождающим	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Фиксация туловища	Да	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Конструкция	Складная	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

<p>Ширина сиденья кресла-коляски: 22см;          Глубина сиденья кресла-коляски: 20см;          Высота подлокотника кресла-коляски: 15 см;          Высота подножки кресла-коляски: 20 см;          Вид спинки: с регулируемым углом наклона;          Вид сиденья кресла-коляски: с регулируемым углом наклона;          Вид подлокотников: регулируемые по высоте;          Подножка: с регулируемым углом наклона; регулирующаяся по высоте, с регулируемой опорой стопы.          Дополнительные опции кресла-коляски: боковые опоры для головы, боковые опоры для тела, нагрудный ремень, поясной ремень, поясничная валик.          Оснащение сиденья кресла-коляски: или валик для сохранения зазора между ногами, или ремень для сохранения зазора между ногами</p>	В наличии	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
---	-----------	--

**ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

<p>5. 7-02-02          Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП прогулочная (для инвалидов и детей инвалидов)           ОКПД2          30.92.20.000           КТРУ          30.92.20.000-00000041</p>	<b>1</b>		
	Максимальная ширина сиденья (сантиметр)	$\geq 39$ и $\leq 45,5$	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Максимальный вес пациента (килограмм)	$\geq 100$ и $\leq 135$	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Назначение	Прогулочная	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Наличие подголовника	Да	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Откидная спинка	Да	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Кресло-коляска  
механическая

Регулировка угла наклона подножки	Да	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Рычажный привод	Нет	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Тип управления	Сопровождающим	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Фиксация туловища	Да	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Конструкция	Складная	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Ширина сиденья кресла-коляски: 40 см; Глубина сиденья кресла-коляски: 39 см; Высота подлокотника кресла-коляски: 16 см; Высота подножки кресла-коляски: 43 см; Вид спинки: с регулируемым углом наклона; Вид сиденья кресла-коляски: с регулируемым углом наклона; Вид подлокотников: регулируемые по высоте; Подножка: регулирующаяся по высоте; Дополнительные опции кресла-коляски: боковые опоры для тела.	В наличии	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
--	-----------	--

**ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Максимальная ширина сиденья (сантиметр)	$\geq 39$ и $\leq 45,5$	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	1
Максимальный вес пациента (килограмм)	$\geq 100$ и $\leq 135$	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	
Назначение	Прогулочная	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	
Наличие подголовника	Да	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	
Фиксация туловища	Да	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	

6. 7-02-02  
 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП прогулочная (для инвалидов и детей инвалидов)  
 ОКПД2  
 30.92.20.000  
 КТРУ  
 30.92.20.000-00000041  
 Кресло-коляска механическая

Регулировка угла наклона подножки	Да	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Откидная спинка	Да	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Конструкция	Складная	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Тип управления	Сопровождающий	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Рычажной привод	Нет	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Ширина сиденья кресла-коляски: 40см; Глубина сиденья кресла-коляски: 40см; Высота подлокотника кресла-коляски: 15 см; Высота подножки кресла-коляски: 35см; Вид спинки: с регулируемым углом наклона; Вид сиденья кресла-коляски: с регулируемым углом наклона; Вид подлокотников регулируемые по высоте; Подножка: с регулируемым углом наклона, регулирующаяся по высоте. Дополнительные опции кресла-коляски: боковые опоры для головы, боковые опоры для тела, держатели для ног, нагрудный ремень, поясной ремень. Оснащение сиденья кресла-коляски: или валик для сохранения зазора между ногами, или ремень для сохранения зазора между ногами.	В наличии	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
---	-----------	--

всего 6

**Обоснование необходимости использования дополнительной информации**

В соответствии с требованиями п. 1 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ и в связи с тем, что характеристика, указанная в КТРУ не является исчерпывающей и не позволяет точно определить качественные, функциональные и технические характеристики закупаемого товара, в наибольшей степени удовлетворяющего потребности заказчика, необходимо в описании объекта закупки указать дополнительную информацию исходя из характеристик, которым должен отвечать закупаемый товар. Дополнительные характеристики указаны в соответствии с параметрами, установленными в ИПРА, исходя из антропометрических данных инвалида.

В целях достижения максимального реабилитационного эффекта и обеспечения качественного размещения (позиционирования) Получателя в кресле-коляске, Поставщик до поставки должен привлечь Получателя к уточнению антропометрических данных Получателя для дальнейшей настройки регулируемых функций кресла-коляски.

**Маркировка кресла-коляски содержит:**

- наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя);
- адрес производителя;
- обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации);
- дату выпуска (месяц, год);
- артикул модификации (при наличии) кресла-коляски;
- серийный номер данного кресла-коляски;
- рекомендуемую максимальную массу пользователя.

**В комплект поставки кресла-коляски входят:**

- набор инструментов (при наличии);
- инструкция для пользователя (на русском языке);
- гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества).

Гарантийный срок эксплуатации товара 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Кресла-коляски должны соответствовать требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 58522-2019, ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015, ГОСТ Р 50444-2020, ГОСТ 51083-2021.

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1416 «Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий» на все товары должны быть действующие **регистрационные удостоверения**.

Эргономика кресел-колясок должна обеспечивать удобное размещение в ней пользователя и свободу движений последнего при перемещениях. Конструкция кресел-колясок должна обеспечивать комфортное положение пользователя, в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений.

Кресла-коляски должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий. Кресла-коляски должны отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании.

Кресла-коляски должны быть оборудованы системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии.

**Требования к комплектности, маркировке и упаковке**

В комплект поставки Товара входят: Товар в соответствующей модификации с комплектующими, указанными в Техническом задании, инструкция для пользователя Товара на русском языке, гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества), набор инструментов.

Маркировка и упаковка кресла-коляски должна соответствовать ГОСТ 51083-2021 "Кресла-коляски с ручным приводом. Общие технические условия".

В соответствии с Распоряжением Правительства от 28.04.2018 №792-р, Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.01.2022 № 14-р кресла-коляски должны быть промаркированы средствами идентификации и иметь код маркировки, сформированный с использованием кода идентификации и кода проверки. Код идентификации должен содержать код товарной позиции и уникальный код экземпляра товара.

**Требования к гарантии качества товара, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию (гарантийные обязательства)**



Кресла-коляски должны иметь установленный производителем срок службы, который со дня подписания Акта приема-передачи товара пользователем имеет величину, не менее срока пользования, утвержденного приказом Минтруда России от 05.03.2021 N 107н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены".

**Гарантийный срок Товара составляет 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением). Установленный настоящим пунктом Контракта срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Товара.**

Гарантийный срок эксплуатации покрышек передних и задних колес составляет 12 месяцев со дня подписания пользователем Акта приема-передачи товара.

Место поставки товара: РФ, Магаданская область, с доставкой по месту жительства Получателя, а также доставка почтой и в пункты выдачи

#### **Место поставки товара**

РФ, Магаданская область, с доставкой по месту жительства Получателя, а также доставка почтой и в пункты выдачи.

#### **Порядок поставки товара**

Поставщик обязан проинформировать Заказчика посредством телефонной связи, факсимильной связи или посредством электронной почты о поступлении Товара в Магаданскую область, для проведения Заказчиком выборочной проверки поставляемого Товара. По требованию Заказчика обеспечить беспрепятственный доступ к Товару для подтверждения факта наличия Товара на складе Поставщика.

В срок не более 2 рабочих дней с даты подписания акта выборочной проверки поставляемого Товара Заказчик передает Поставщику реестр получателей Товара, которым Заказчик выдал направления.

Последующее направление реестров получателей Товара осуществляется Заказчиком по мере возникновения потребности, но не ранее подписания акта выборочной проверки поставляемого Товара, поступившего Товара в Магаданскую область.

Предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ Товара в Магаданскую область, право выбора одного из способов получения Товара:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара

**Срок поставки Товара** С даты заключения контракта до 30 ноября 2024 года.

Заместитель управляющего



Д.А.Малачёва