

**Техническое задание
на поставку технических средств реабилитации – впитывающих
простыней (пеленок) для обеспечения инвалидов в 2019 году**

Наименование товара, работ, услуг

Технические средства реабилитации – впитывающие простыни (пеленки)

Классификация впитывающих простыней (пеленок) представлена в Национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р 57762-2017 Белье абсорбирующее для инвалидов (далее - белье), предназначенное для впитывания и удерживания мочи и/или жидкого кала, используемого для ухода за больными, страдающими недержанием мочи легкой, средней и тяжелой степени, лежащими больными, а также в других случаях, и устанавливает требования к его качеству.

Показатели, требования, условные обозначения и терминология в данной документации приведены в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.05.2013 № 214н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р» и в соответствии с индивидуальными программами реабилитации или абилитации инвалидов.

Требования к качественным и функциональным характеристикам товара

Впитывающие простыни (пеленки) должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения.

Белье должно быть изготовлено по конструкторской документации предприятия-изготовителя.

Конструктивно белье должно состоять из следующих слоев (начиная от слоя, контактирующего с пользователем):

- верхний покровный - слой, который непосредственно соприкасается с кожей пользователя и пропускает жидкость внутрь белья;
- абсорбирующий - максимальное количество жидкости, которое может впитать белье без приложения внешней нагрузки;
- нижний покровный - слой, который расположен после абсорбирующего слоя и предотвращает проникновение жидкости наружу.

Примечание - Допускается выпускать белье, состоящее из большего количества слоев, но не менее указанных ранее.

Слои белья должны быть скреплены с помощью термообработки, или клеем горячего расплава, или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев (швов) белья. Швы должны быть непрерывными.

В белье не допускаются внешние дефекты: механические повреждения (разрыв краев, разрезы, повреждения и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом.

Печатное изображение (при наличии) на белье должно быть четким, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности белья.

Требования к упаковке, маркировке и транспортировке товара

Маркировка упаковки впитывающих простыней (пеленок) включает следующую информацию в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 и основывается на символах (пиктограммах) ГОСТ Р ИСО 15223-1 «Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования»:

- наименование предприятия-изготовителя и/или его товарный знак;
- наименование страны-изготовителя;
- местонахождение производителя/изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при наличии);
- наименование белья;
- товарную марку (при наличии), вид белья в зависимости от назначения (степени недержания мочи), размеры белья, цвет, номер белья (при наличии);
- правила по применению белья (в виде рисунков или текста);
- указания по утилизации белья: слова "Не бросать в канализацию" и/или рисунок, четко и ясно отображающий эти указания;
- наименование материала(-ов);
- информацию о наличии специальных ингредиентов;
- отличительные характеристики белья в соответствии с техническим исполнением (в виде рисунков и/или текста);
- номер артикула (при наличии);
- количество белья в упаковке;
- номер партии (серии);
- слова "Для однократного применения";
- слово "Нестерильно";
- слово "Нетоксично";
- дату (месяц, год) изготовления;
- срок годности, устанавливаемый изготовителем;
- штриховой код (при наличии);
- обозначение стандартов и/или технической документации (технических условий);
- номер и дату регистрационного удостоверения.

Впитывающие простыни (пеленки) по несколько штук упаковывают в пакеты из полимерной пленки или пачки, или коробки по ГОСТ 33781 (упаковка потребительская из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия), или другую тару, обеспечивающую их сохранность при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.

Упаковка впитывающих простыней (пеленок) должна обеспечивать защиту изделий от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению (п. 4.1.1.5. ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с

ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»).

Изделия должны быть новыми. Впитывающие простыни (пеленки) должны быть свободными от прав третьих лиц (ст. 460 Гражданского кодекса РФ).

Транспортирование – по ГОСТ 6658-75 «Изделие из бумаги и картона. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» (раздел 3) любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Требования к безопасности товара

Впитывающие простыни (пеленки) должны соответствовать требованиям серии ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

При использовании впитывающих простыней (пеленок) по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья получателя, окружающей среды, а также использование изделий не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителя»).

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества товара

Впитывающие простыни (пеленки) являются продукцией одноразовой, в связи с чем срок предоставления гарантии качества не устанавливается, но должен быть указан срок годности изделия и условия хранения.

Остаточный срок годности изделия на момент выдачи изделия конкретному инвалиду должен составлять не менее 1 года с даты изготовления, указанной на упаковке.

На изделия должны быть представлены Подтверждения Минздравсоцразвития Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) о том, что оформление санитарно-эпидемиологических заключений на данную продукцию не требуется, или заключение Санэпиднадзора.

Необходимое условие – наличие сертификата соответствия или декларации о соответствии в порядке, установленном Правительством РФ.

Наличие регистрационного удостоверения на впитывающие простыни (пеленки), паспорта качества впитывающих простыней (пеленок) на каждую партию изделий, копий технической документации завода изготовителя (пакет документов, которые содержат описательную часть изделий), образца-эталона

от завода изготовителя (в соответствии с п. 2' приложения 1 ГОСТ 15.009-91 Система разработки и постановки продукции на производство (СПП). Непродовольственные товары народного потребления) – обязательно.

Требования к приемки товара

На момент осмотра изделий необходимым условием является наличие 100 % объема товара на складе.

Требования к месту, срокам и условиям поставки товара

Поставка осуществляется в течение 20 дней с момента получения от Заказчика реестра по месту проживания (нахождения) Получателя.

Периодичность направления Реестров Поставщику определяется Заказчиком исходя из их потребности в обеспечении изделиями Получателей.

Выдача изделий возможна иному лицу только при наличии у такого лица доверенности на право получения средств реабилитации, оформленной в соответствии с требованиями текущего законодательства РФ. В случае выдачи изделий доверенному лицу инвалида или его законному представителю. Поставщик предоставляет Заказчику вместе с актом приема-передачи и отрывным талоном копию доверенности, оформленную в соответствии с законодательством РФ и заверенную Поставщиком. В случае обеспечения изделиями детей-инвалидов, Поставщик предоставляет Заказчику вместе с актом приема-передачи и отрывным талоном копии свидетельства о рождении ребенка-инвалида и копии документов, подтверждающих полномочия законного представителя.

В процессе доставки изделий производить аудио- и видеофиксацию, с возможностью предоставления информации по запросу заказчика.

В целях организации бесперебойной доставки изделий и ускорения доставки до каждого конкретного инвалида на территории г. Оренбурга и Оренбургской области передача технических средств реабилитации дополнительно должна осуществляться с пунктов выдачи.

Право выбора места получения технического средства реабилитации определяется самостоятельно Получателем.

Пункты выдачи изделий должны соответствовать следующим требованиям:

Пункты выдачи изделий предназначены для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации.

Выдача технических средств реабилитации должна осуществляться непосредственно в пунктах выдачи изделий, в месте их нахождения.

В пунктах выдачи изделий должна быть реализована возможность бесперебойного обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации в течение не менее 8 часов в сутки, при этом в течение всего времени, в соответствии с режимом работы, в пунктах выдачи должны находиться представители Поставщика для возможности предоставления инвалидам консультаций по техническим характеристикам изделий и подбора

изделий, с учетом индивидуальных особенностей каждого конкретного инвалида.

Пункты выдачи изделий должны быть оборудованы средствами связи.

Пункты выдачи изделий должны соответствовать стандартам и требованиям, предъявляемым к условиям хранения изделий медицинского и санитарно-гигиенического назначения для взрослых, страдающих недержанием.

Срок действия Государственного контракта - с момента подписания и по июнь 2019г.

Период поставки – с момента заключения Государственного контракта и до 10.06.2019г.

Поставка осуществляется только после получения Поставщиком Реестра пользователей обеспеченных направлениями для получения ТСП.

Перед заключением Государственного контракта заказчик вправе осуществить проверку сведений, указанных участником размещения заказа с которым заключается Государственный контракт в своей заявке на участие в аукционе в электронной форме, в том числе запросить у победителя образцы поставляемой продукции в заводской упаковке.

Количество изделий 315 150 шт. на сумму 2 997 076 руб. 50 коп.

Наименование изделия	Размер (впитываемость) изделия	Кол-во (шт.)	Цена за ед. (руб.)
Абсорбирующее белье: впитывающие простыни (пеленки)	размером не менее 60х 90 см., впитываемостью от 1200 до 1900 мл: - Обратная сорбция дол- жна быть не более 5 г .; - Скорость впитывания должна быть не менее 2 см /с.	315 150	9,51